

Testsatz Caldur CH 05 Carbonathärte

Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch
Messbereich:[nbsp]1 Tropfen = 0,5°dH

[nbsp]

Anwendung:

1. Meßröhrchen bis zur 5 ml (10 ml) - Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. 1 Tropfen Indikator zugeben.
3. Flasche mit Titrationslösung öffnen und tropfenweise solange Titrationslösung unter Umschwenken in das Meßröhrchen geben, bis die Farbe der Wasserprobe von blau nach gelb umschlägt. Zugesezte Tropfen dabei zählen.
4. 1 Tropfen Titrationslösung= 0,5 °dH (0,25 °dH).

Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04201012

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 100 Messungen