

# Testsatz Caldur CH Carbonathärte

---

## Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch

Messbereich:[nbsp]1 Tropfen = 1°dH

[nbsp]

## Anwendung:

1. Meßröhrchen bis zur 5 ml (10 ml) - Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Flasche mit Titrationslösung öffnen und tropfenweise solange Titrationslösung unter Umschwenken in das Meßröhrchen geben, bis die Farbe der Wasserprobe von blau nach gelb umschlägt. Zugeseetzte Tropfen dabei zählen.
3. 1 Tropfen = 1 °dKH (0,5 °dKH).

## Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04201010

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 100 Messungen