Testsatz Caldur Peroxid

Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch
Messbereich:[nbsp][nbsp1 - 10 mg/L[nbsp] H2O2

Anwendung:

1. Proberöhrchen bis zur 15 ml - Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Peroxid Reagenz öffnen und 12 Tropfen in das Proberöhrchen geben, verschließen und mischen.
3. 3 Minuten stehen lassen.
4. Proberöhrchen öffnen und auf dasjenige Farbfeld stellen, dessen umgebende Farbe der Probelösung bei der Durchsicht von oben entspricht. Analysenwert notieren (in mg/L), bzw. Zwischenwerte schätzen.

Achtung: Ist die Farbe der Wasserprobe stärker gefärbt als die des intensivsten Farbfeldes, so muss die Wasserprobe zuvor verdünnt werden. Hierzu das Proberöhrchen bis zur 5 ml - Markierung mit der Wasserprobe füllen, dann bis zur 15 ml - Markierung mit destilliertem Wasser auffüllen. Dann gemäß Pkt. 2. - 4. verfahren. Der dann ermittelte Analysenwert ist mit 3 zu multiplizieren.

Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04220440

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 150 Messungen

link chemie
chemical solutions

Link Chemie AG
Dürrwiesen 16
D-73614 Schorndorf

Tel.: +49 71 81 / 938 98-0
Fax: +49 71 81 / 938 98-60

info@ link-chemie.com
www.link-chemie.com

© Link Chemie AG . Änderungen und Irrtümer vorbehalten